


## مراقبت از کاتتر همودیالیز (ویژه بیماران)



1. پانسمان کاتتر را حداقل 3 بار در هفته در یک مرکز درمانی مجهز به روش استریل تعویض نمایید.

2. سر کاتتر و لوله ها هرگز نباید در معرض هوای آزاد باشد.

3. سرپوشهای کاتر همیشه باید بسته باشد و فقط توسط پزشک یا پرستار باز شود.

4. پانسمان استریل روی کاتتر همیشه قرار داشته باشد.

5. از وارد آمدن ضربه و یا ایجاد کشش به کاتتر پرهیزید.

6. از کاتتر جهت گرفتن نمونه خون و تزریق دارو و زدن سرم به هیچ عنوان استفاده نکنید.

7. در صورت جابجا شدن کاتتر، آن را به جلو یا عقب حرکت ندهید.

۸. کلمپ های کاتتر غیر از زمان دیالیز باز و بسته نشود (فقط توسط پزشک یا پرستار)

9. از هر گونه خم شدن لوله های کاتتر جلوگیری کنید.

10. قسمت خارجی کاتتر هرگز نباید در آب حمام غوطه ور شود.



11. در صورتی که کاتتر از محل خود خارج گردید، به هیچ عنوان دستکاری یا سعی در برگرداندن آن به محل اولیه خود

نکنید. فقط بلافاصله به پزشک معالج مراجعه نمایید.

12. در صورت استحمام، بلافاصله محل کاتتر باید به صورت استریل خشک و پانسمان شود.

13. زمان استحمام باید تا حد امکان کوتاه باشد.

14. برای استحمام بهتر است به صورت ترتیبی هر ناحیه را شستشو دهید تا آب کمتری به سمت کاتترسرازیر شود.

15. محل کاتتر کاملاً تمیز و خشک نگهداری شود.

16. در صورت خونریزی از محل کاتتر، فوراً به پزشک معالج اطلاع رسانی شود.

17. در صورت تب و لرز و قرمزی پوست اطراف کاتتر، سریعا به پزشک مراجعه نمایید.

18. اگر دیالیز شما به هر علتی قطع شد، ولی کاتتر را به صلاحدید پزشک خود نگاه داشته اید، حتما دز یک مرکز درمانی

چند بار در هفته لوله های کاتتر را هپارینه کنید تا از لخته شدن کاتتر و انسداد لاین ها جلوگیری شود.

19. اگر بخیه کاتتر باز یا کنده شد، در صورتی که کاتتر شما نوع موقت است، باید مجدد بخیه شود ولی در صورتی که

کاتتر نوع دائمی باشد، نیازی به بخیه مجدد نیست.

20. کاتتر نوع موقت جز با نظر پزشک نباید بیش از دو هفته استفاده شود و جهت تعبیه کاتتر دائم یا فیستول اقدام گردد.



هر گونه سوالی در این زمینه دارید از طریق ایمیل [hassanravari@yahoo.com](mailto:hassanravari@yahoo.com) مطرح کنید.

بازنگری : آذر ماه ۱۳۹۸

